

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ  
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ  
Број: ЈН 3/2017-І  
Ч а ч а к, 11.07.2017. године

**Предмет: Одговор – појашњење на постављено питање  
у поступку јавне набавке добара број 3/2017-І**

Сагласно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављено питање потцијалног понуђача за јавну набавку добара – Лабораторијска опрема, ЈН 3/2017-І, постављеног дана 11.07.2017. године, Комисија даје следећи одговор, који сада објављујемо:

**Питање:**

1) „ Tražen je rotacioni vakuum uparivač zapremine od 50 – 2500 ml. Da li je prihvatljivo ponuditi rotacioni vakuum uparivač zapremine 2000ml ?.“

**Одговор:**

1) Rotacioni vakuum uparivač zapremine 2000ml je prihvatljiv .

За Комисију,  
др Павле Машковић