

Предмет: Одговор – појашњење на постављено питање
 у поступку јавне набавке добара број 5/2016-I

Сагласно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављено питање потецијалног понуђача за јавну набавку добара – Лабораторијска опрема (Дигестор за лабораторију - 2 комада), Комисија даје следећи одговор, који сада објављујемо:

Питање:

цитат из конкурсне документације:	Питање за наруџиоца:	Strana kon. Dok.
Панел на коме се налазе прекидачи за светло и вентилатор, команда за воду, утичнице 3x230V треба да се налази на предњој страни дигестора, испод радне површине;	Da li je za naručioca prihvatljivo da se priključci za struju nalaze u nivou radne površine (ili malo iznad nivoa radne površine)?	5
Понуђач је дужан да уз понуду достави: 2) Копију сертификата/ извештаја акредитоване институције на име понуђача из ког се може видети да је понуђени одељак за одлагање у складу са стандардом SRPS EN 14727, по предвиђеним параметрима;	Ako je učesnik u javnoj nabavci distributer proizvođača molimo Vas da uvažite da kopija sertifikata glasi na ime proizvođača a ne ponuđača kao ovlašćenog distributera	6
Понуђач је дужан да уз понуду достави: 3) Копију потврде да понуђени модел вентилатора задовољава захтеве утврђене одредбама	Molimo naručioca da prihvati da se dostavi kopija EMC test report (kao i odgovorajući CE znak na osnovu <i>EU directive 2014/30/EU</i> -Direktive o elektromagnetnoj kompatibilnosti). Srpski Pravilnik o elektromagnetnoj kompatibilnosti je u celosti usklađen sa odgovarajućim EU direktivom 2014/30/EU o elektromagnetnoj	6

<p>Правилника електромагнетској компатибилности (Службени гласник РС бр. 13/2010).</p>	<p>о компатибилности што се јасно може видети и на следећем линку: http://www.kvalitet.co.rs/dokumenta/pravilnici/Pravilnik-emc.pdf члан 20 правилника SG RS број 25/2016</p>	
<p>Понуђач је дужан да уз понуду достави: 4) Потврда/е на меморандуму референтног корисника из које се може утврдити да је понуђач раније већ испоручио и инсталирао лабораторијски дигестор у складу са стандардом СРПС ЕН 14175.</p>	<p>Molimo naručioca da prihvati dostavu potvrde krajnjeg korisnika iz Evropske unije da je ponuđač izvršio isporuku i instalaciju laboratorijskog digestora u skladu sa pravilnikom Evropske unije EN 14175-1:2003. Srpski standard SRPS EN 14175-1-2010 je u celosti usklađen sa ovim standardom a što se može jasno videti sa sledećeg linka zvaničnog Instituta za standardizaciju Srbije: http://www.iss.rs/rs/standard/?natstandard_document_id=23626</p>	<p>6</p>

Одговор:

1) Прихватљиво је да прикључци за струју буду у нивоу радне површине, уколико задовољавају ергономију уређаја, тј. радног места, на еквивалентан начин, на који је и техничко решење заhtevano конкурсном документацијом.

2) Сертификат акредитоване институције, о услађености оделјка (са фиоком и полицом), са стандардом SRPS EN 14727, издат на име произвођача оделјка, ће се сматрати еквивалентним документом документу који је заhtevан конкурсном документацијом, уколико садржи све заhtеване параметре из конкурсне документације.

3) Прихватљивим ће се сматрати потврда о услађености понуђеног вентилатора, издата у складу са Правилником о електромагнетној компатибилности, од стране именованог тела RS, имајући у виду следеће:

- законску обавезу испоруџиоца (увозника, произвођача) вентилатора да обави услађавање са важећим Правилником RS, приликом испоруке-стављања истог на тржиште (у складу са процедуром RS, дефинисаним Правилником);
- да је наруџилац у својој конкурсној документацији заhtевао потврду референтног корисника, из које се може утврдити да је понуђач раније већ испоручио и инсталирао лабораторијски дигестор у складу са стандардом SRPS EN 14175;
- да је вентилатор саставни део испоруке дигестора ;
- да је законска обавеза испоруџиоца по питању испитивања вентилатора (у циљу утврђивања услађености са заhtевима Правилника о електромагнетној

kompatibilnosti), morala biti ispoštovana u trenutku isporuke i instalacije kod referentnog korisnika.

CE znak i EMC test report se ne mogu smatrati ekvivalentnim dokazom (dokumentom), ukoliko nisu praćeni potvrdom o usaglašenosti ponuđenog ventilatora sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti.

4) Potvrda inostranog referentnog korisnika će se smatrati ekvivalentnim dokazom, ukoliko je ponuđač iz ove javne nabavke obavio isporuku i instalaciju predmetnog digestora kod referentnog korisnika. Potrebno je da referentna potvrda inostranog korisnika sadrži kontakt mejl-adresu, ime i telefon lica za kontakt iz laboratorije, ime preduzeća koje je isporučilo i instaliralo referentni digestor, datum isporuke – instalacije, i original prevoda referentne potvrde od strane sudskog tumača.

Za Komisiju,

dr Pavle Mašković