

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
Број: ЈН 8/2015-1
Ча чак, 7. децембар 2015. године

**Предмет: Одговор на постављено питање
у поступку јавне набавке добра број 8/2015-1**

Сагласно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављено питање потенцијалног понуђача за јавну набавку добра – **НАБАВКА ХЕМИКАЛИЈА И ПРИБОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВЕЖБИ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016**, Комисија даје следећи одговор који сада објављујемо:

Питање:

„ 1. Proverom smo utvrdili da su traženi artikli specifični, da nemaju ekvivalent, i da je za proizvođača **Elementar distributer za Srbiju Proanalytic-a**.

Molimo Vas da gorepomenute stavke (60 i 61) izdvojite u posebnu partiju i **tako omogućite nesmetano učestvovanje većeg broja ponuđača.**“

Takođe Vas molimo за **dodatna појашњења** takođe за **partiju 2-pribor** за sledeće stavke:

2 .Napravili ste grešku za stavku 1,

molim Vas da mi za **stavku 1.-Levak za odvajanje 500ml** precizirate da li je sa staklenim ili ptfe čepom.

3. **Stavka 19 - kapalice šlifovane za reagens boce**.Obzirom da reagens boce imaju stakleni čep brušeni, dali Vam trebaju Špric boce,boce kapalice sa pipetom,ili reagens boce sa brušenim zapušaćem? Ili neka slika...

4. **Stavka 32 - Ependorf viale 2ml** – Da li ste mislili na mikrotube ependorf sa zapušćem?

5. **Stavka 45 - pokrovne ljustipice** – Pokrovne ljustipice postoje u sledećim dimenzijama: 18x18,20x20,22x22,24x50,24x60mm. Od dimenzija naravno zavisi i cena .Molimo Vas da precizirate prečnik koji Vam je potreban.

6. **Stavka 59 – Stabilizator napona**. – Molim Vas precizirajte od koliko Vati, i a koju namenu Vam je potreban.

7. **Stavka 62 – Membranski filteri** – koji prečnik Vam treba?

Одговор:

„ Партија 2 -

- 1) Ставке 60 и 61. се бришу.**
- 2) Потребно је да, левак буде **са стакленим чепом (шлиф 29/32)**, - ставка 1.
- 3) Потребне су боце **капалице са пипетом (ставка 19.)**.
- 4) Да , потребне су нам **микротубе епендорф са запушачем (ставка 32)**.
- 5) Потребна је димензија **20 x 20 mm (ставка 45)**.
- 6) Ставка 59 се брише.**
- 7) Мембрански филтери, потребан је **пречник пора 0,45µm и пречник филтера 3 см.** (ставка 62) .

У свему осталом конкурсна документација остаје иста.

Понуђачи, приликом попуњавања Партије 2, не попуњавају ставке 59,60 и 61. и исте треба прецрати.

Заинтересовани понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са овом изменом. У супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива.

За Комисију,

др Јелена Вујић