

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
Број: ЈН 3/2017-І
Ч а ч а к, 13.07.2017. године

**Предмет: Одговор – појашњење на постављено питање
у поступку јавне набавке добара број 3/2017-І**

Сагласно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављено питање потесијалног понуђача за јавну набавку добара – Лабораторијска опрема, ЈН 3/2017-І, постављеног дана 12.07.2017. године, Комисија даје следећи одговор, који сада објављујемо:

Питање:

1) „Tražen je rotacioni vakuum uparivač. Da li je za ovu stavku potrebno ponuditi vakuum pumpu odgovarajućih karakteristika sa dijafragmom i hemijski otpornu, ili običnu vodenu vakuum pumpu ?.“

Одговор:

1)“ Potrebno je ponuditi vakuum pumpu odgovarajućih karakteristika sa dijafragmom i hemijski otpornu..“

У свему осталом конкурсна документација остаје иста.

Заинтересовани понуђачи су дужни да понуде сачине у складу **са овом допуном**. У супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Допуна конкурсне документације објављена је на Порталу јавних набавки и интернет страници Факултета дана **13.07.2017. године**.

За Комисију,
др Павле Машковић