

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
Број: ЈН 5/2015-І
Ч а ч а к, 19. октобар 2015. године

**Предмет: Одговор на постављено питање
у поступку јавне набавке добара број 5/2015-І**

Сагласно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављено питање потцијалног понуђача за јавну набавку добара - набавка лабораторијске опреме, број 5/2015-І, Комисија даје следећи одговор који сада објављујемо:

Питање:

„-Partija 2 stavka 1

Tražen je pH metar kit C1010P ili ekvivalent , a u specifikaciji je naglašeno da uređaj može pored pH da meri i rastvoreni kiseonik i konduktivitet.

Molim Vas da pojasnite da li je odgovarajuće ponuditi samo uređaj koji može da meri pH(u kompletu sa pH sondom) ili je potrebno ponuditi multiparametarski uređaj u kompletu sa sondama za merenje pH, konduktiviteta i rastvorenog kiseonika?“

Одговор:

„ Партија 2 ставка 1 -

Потребно је понудити **мултипараметарски уређај** у комплету са сондама за мерење рН, кондуктивитета и раствореног кисеоника.“

За Комисију,
проф. др Миломирка Мадих