

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ  
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ  
Број: ЈН 5/2015-І  
Ч а ч а к, 20. октобар 2015. године

**Предмет: Одговор на постављено питање  
у поступку јавне набавке добара број 5/2015-І**

Сагласно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављено питање потцијалног понуђача за јавну набавку добара - набавка лабораторијске опреме, број 5/2015-І, Комисија даје следећи одговор који сада објављујемо:

**Питање:**

„ Partija 2 stavka 3-

Tražen je pH tester sa naznačenim traženim karakteristikama za merenje pH vrednosti , dok u nazivu stoji COMBO što podrazmeva merenje i konduktiviteta.

Molim Vas da pojasnite da li je odgovarajuće ponuditi uređaj koji može da meri samo pH prema traženom ili je neopходно ponuditi ručni merač /tester koji meri pH i konduktivitet?“

**Одговор:**

„ Партија 2 ставка 3 -

Потребно је понудити уређај који може да мери само рН према траженом.“

За Комисију,  
проф. др Миломирка Модић