

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ  
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ  
Број: ЈН 5/2015-І  
Ч а ч а к, 20. октобар 2015. године

**Предмет: Одговор на постављено питање  
у поступку јавне набавке добара број 5/2015-І**

Сагласно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављено питање потцијалног понуђача за јавну набавку добара - набавка лабораторијске опреме, број 5/2015-І, Комисија даје следећи одговор који сада објављујемо:

**Питање:**

„Partija 2 - Stavka 1

Tražen je pH-metar kit C1010P ili ekvivalent.

U odgovoru na postavljeno pitanje od 19.10.2015. godine navedeno je da treba ponuditi multiparametarski uređaj u kompletu sa sondama za merenje pH, konduktiviteta i rastvorenog kiseonika.

U prilogu dostavljamo specifikaciju proizvođača „Consort“ gde je crvenim obeleženo koje karakteristike ima samo kit C1020T (nema ih C1020T) a te karakteristike su navedene u konkursnoj dokumentaciji kao minimalne tehničke karakteristike

Molimo da nam odgovorite da li je potrebno ponuditi uređaj C1010T ili C1020T.?”

**Одговор:**

„ Партија 2 ставка 3 -

Потребно је понудити уређај Consort C1020T..“

За Комисију,  
проф. др Миломирка Мудић