

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
Број: ЈН 8/2016-І
Ч а ч а к, 09.11. 2016. године

**Предмет: Одговор на постављено питање број 1.
у поступку јавне набавке добара број 8/2016-І**

Сагласно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављено питање потесијалног понуђача за јавну набавку добара – Хемикалије и прибор за одржавање вежби у шк. 2016/2017, Комисија даје следећи одговор који сада објављујемо:

Питање:

„Molim za pojašnjenje u vezi sa JNMV 8/2016-I Hemikalije i pribor za održavanje vežbi u šk. 2016/2017, **partija 2**, za sledeće stavke:

- Stavka 16- na šta se misli pod "kapalicama" ?
- Stavka 31- koja zapremina Klavenger aparature?
- Stavka 39- koje su dimenzije wegeglass- a?
- Stavka 40- koje su dimenzije lončića za žarenje, kao i od kog materijala su?
- Stavka 41- koji \varnothing gumenih creva?
- Stavka 42- kojih dimenzija su štapići za magnet?
- Stavka 43- kojih dimenzija su " mali magneti"?
- Stavka 44- kojih dimenzija su Pasterove pipete?
- Stavka 50- kakvog oblika dna e poželjno ponuditi ploče? U, V ili ravna forma?"

Одговор:

- 1) Stavka 16 - boca kapalica sa pipetom 50 mL, tamna
- 2) Stavka 31 – Aparatura po Klevendžeru, 2 mL (round flask 4000 mL, NS 29/32)
- 3) Stavka 39 - Vegeglas 50x50 mm
- 4) Stavka 40 - Tigl za žarenje 45x36 mm, od porcelana
- 5) Stavka 41- crevo gumeno, 10x2mm, P.M
- 6) Stavka 42 - Štapić za izvlačenje magneta, 350 mm
- 7) Stavka 43 - Magnet 15x6 mm
- 8) Stavka 44 - Pipata po Pasteru staklena, 150 mm
- 9) Stavka 50 - Mikrotitar ploče, U forma

За Комисију,
др Павле Машковић