

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
Број: ЈН 6/2016-I
Ч а ч а к, 06.10. 2016. године

**Предмет: Одговор – појашњење на постављено питање
у поступку јавне набавке добара број 6/2016-I**

Сагласно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављено питање потесијалног понуђача за јавну набавку добара – Лабораторијска опрема (Централни лабораторијски сто - 2 комада), ЈН 6/2016-I, постављеног дана 05.10.2016. године, Комисија даје следећи одговор, који сада објављујемо:

Питање:

1) „Везано за Вашу јавну набавку бр. 6/2016-I , централни лабораторијски сто, пошто је немогуће излити плочу тих димензија од монолитне киселоотпорне керамике, молимо Вас за разјашњење, као и да ли би биле прихватљиве керамичке плочице према Вашем захтеву.“

Одговор:

1) **Није неопходно** да радна површина централног лабораторијског стола **буде направљена из једне плоче** од монолитне киселоотпорне керамике.

Укупан број плоча, по столу, од монолитне киселоотпорне керамике, не може бити већи од 5(пет) и исте се морају међусобно повезати киселоотпорним епокси- цементом.

Керамичке плочице **нису прихватљиве** .

У свему осталом конкурсна документација остаје иста.

Заинтересовани понуђачи су дужни да понуде сачине у складу **са овом допуном**. У супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива. Допуна конкурсне документације објављена је на Порталу јавних набавки и интернет страници Факултета дана **06.10.2016. године**.

За Комисију,

др Лека Мандић