

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
Број: ЈН 2/2016-І
Ч а ч а к, 9. мај 2016. године

**Предмет: Појашњење на постављено питање
у поступку јавне набавке добара број 2/2016-І**

Сагласно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављено питање потенцијалног понуђача за јавну набавку добара – Лабораторијска опрема (Апарат за дестилацију), Комисија даје следећи одговор, који сада објављујемо:

Питање:

„ Prema Vašem zahtevu JN br 2/2016-I i pojašnjenju da nije odgovarajuće ponuditi uređaj

- destilator kapaciteta 8l/h i voda za hlađenje 84 l, sa svim ostalim karakteristikama koje odgovaraju traženom

Podsećam Vas da ovakvim odgovorom direktno kršite ZJN čl. 10. , Načelo o obezbeđivanju konkurencije, kao i član 71. koji kaže da “naručilac ne može da odbije ponudu na osnovu toga što ponuđena dobra, usluge ili radovi ne ispunjavaju postavljene uslove u pogledu definisane specifikacije i traženog standarda, ukoliko ponuđač ponudi odgovarajući dokaz da dobra, usluge ili radovi koje nudi na suštinski jednak način ispunjavaju uslove iz specifikacije i traženog standarda.”

Prema ZJN u okviru opisa traženih dobara dužni ste da definišete tehničke karakteristike u određenim okvirima (min, max, ±, %) kako biste omogućili poštovanje ZJN koji striktno kaže da „Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorских uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.”

Molim vas da odobrite da je odgovarajuće ponuditi uređaj sa navedenim karakteristikama koji ima bolje karakteristike od traženih u razumnim okvirima ±5%. U suprotnom ćemo biti prinuđeni da podnesemo zahtev za zaštitu prava ponuđača zbog grubog kršenja Zakona о јавним набавкама.“

Одговор:

„ Наручилац је, сагласно својим објективним и реалним потребама, одредио техничке спецификације потенцијалног апарата за дестилацију, сагласно члану 70. став 1. ЗЈН. При томе је имао у виду следеће:

- да је потребна мала количина дестиловане воде за потребе практичне наставе, у лабораторији у којој би био смештен апарат;

- инсталација у лабораторији захтева мање потрошаче (апарате);

- простор лабораторије не дозвољава већи капацитет апарата, а самим тим и већи апарат;

- већи капацитет апарата за дестилацију би повлачио и већу потрошњу електричне енергије, што би за Наручиоца било неекономично.

Сагласно члану 9. став 1. ЗЈН , Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добро одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке.

Сматрамо да смо, сагласно нашим потребама, дали адекватан опис добра и да сви потенцијални понуђачи могу доставити своје понуде, које ће Наручилац размотрити, а имаће у виду одредбе члана 71.ст. 2. и 3. ЗЈН.

За Комисију,

др Јелена Младеновић